

KALİBRASYON BELGESİ
CALIBRATION CERTIFICATE

BELGE VERİLEN KİŞİ / FIRMA / KURUM (Applicant / Customer)	YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜH. BÖLÜMÜ
---	--

Belge No (Certificate No) **231127.003**

Cihaz Product	Marka / Model Type	Seri No Serial Number	Tarihi (Date)	Geçerlilik Tarihi (Expiry Date)
Dijital Nivo Digital Level	TOPCON DL-503	521659	23.11.2023	23.11.2024

KONTROL EDİLEN HASSASİYETLER

TOLERANS DEĞERİ

Control Points

Test Values

	<i>Control Points</i>	<i>Test Values</i>
1.	Küresel Düzecin hassasiyet ve fonksiyon kontrolü <i>Function and accuracy of circular Vial</i>	✓
2.	Elektronik Kot Ölçme Hassasiyeti (Invar mira ile 1 km.deki hassasiyeti) <i>Measurement accuracy of electronical altitude (with invar staff)</i>	1.5 mm
3.	Optik Kot Ölçme Hassasiyeti (1 km.deki hassasiyeti) <i>Measurement accuracy of altitude</i>	2 mm
4.	Kolimasyon kontrolü <i>Collimation check</i>	✓
5.	Kompensatör Kontrolü <i>Compensator check</i>	✓

Yukarıdaki tabloda servisimize kontrol amaçlı getirilmiş DL-503 dijital nivo cihazında ayarlanan değerler gösterilmiştir. Cihaz servis merkezimizden çıktığı gün yukarıda belirtilen değerlere sahiptir. Bu kontrol ve ayarların tamamı Topcon Orijinal servis cihazları ve TSE tarafından Kalibre edilmiş cihazlar ile yapılmıştır. *This calibration certificate confirms that the DL-503 digital level has been calibrated This calibration took place by means of a technical check on several parts of the instrument as been indicated above. All of these checks are completed using Topcon Original Servicing Instruments and others calibrated by TSE.*

KULLANILAN CİHAZLAR ve YAYINLAR / Reference Inspection Tools

- 1) Topcon TC-3 Sürekli Kalibre edilen Kolimatör (Topcon TC-3 continuously calibrating collimator set ID.)
- 2) Tektronix TDS 3032 Osiloskop Sertifika No (Oscilloscope Certificate No):T.S.E. 22E00447 Tarih (Date):16-03-2022
- 3) Kikusui PMC18-2 Güç Kaynağı Sertifika No (Power Supply Certificate No):TSE 23E00238 Tarih (Date) : 13-02-2023
- 4) UT70C Dijital Multimetre Sertifika No (Digital Multimeter Certificate No):TSE 23E00229 Tarih (Date):13-02-2023

KENAN BOLAT
TEKNİK SERVİS MÜDÜRÜ
Technical Service Manager

DİLEK ÇINAR
TEKNİK SERVİS DANIŞMANI
Technical Service Coordinator

**PAKSOY TEKNİK HİZMETLER
VE TİCARİT LİMİTED ŞİRKETİ**
Balgat Mh. Ziyabey Cd. 1416. Sok. No:24 Çankaya
Tel:0312 473 77 22 Faks:0312 473 77 25 ANKARA
Hitit V.D. No: 720 007 0299
Ticaret Sicil No: ANK / 145192




ANKARA (Genel Merkez)
Balgat Mh. Ziyabey Cd. 1416 Sk.
No: 24 06520 Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 473 77 22
Faks: (0312) 473 77 25

İSTANBUL
Levent Mh. Levent Cd. Altizeren Sk.
No: 33 Levent/İSTANBUL
Tel:(0212) 442 24 44
Faks:(0212) 442 30 90

DIYARBAKIR
Yenişehir Mh. Lise Cd. Ali Emiri 5.Sk.
No:18/1 Yenişehir/DIYARBAKIR
Tel:(0412) 223 26 06
Faks:(0412) 223 26 07

ADANA
Haydaroğlu Mh. Karataş Blv. No: 80
Kat: 1 D: 2 Yüreğir/ADANA
Tel:(0322) 458 08 82
Faks: (0322) 311 30 11

İZMİR
Mansuroğlu Mh. 288/3 Sk. No:1
A Blok Kat: 2 D: 5 Bayraklı/İZMİR
Tel:(0232) 290 99 30
Faks:(0232) 290 80 15

TRAKYA
İspat Cami Mah. Kurtuluş Cd.
Önalın Apt. No: 34/A
Keşan/EDİRNE
Tel: (0284) 714 00 75